

細菌檢驗實驗室試驗報告

申請廠商： 台日福祉有限公司
新北市土城區承天路 8 巷 21 號


報告號碼： VA/2016/01-04
實驗編號： No. MA20-E/F
檢驗日期： 2016 年 02 月 25 日

測試項目：

評估使用加熱乾燥車後大腸桿菌菌數比較。

檢驗結果：

採檢 7 個檢體中，使用乾燥車後大腸桿菌菌數顯著降低，如圖一。



圖一：使用乾燥車後大腸桿菌菌數數量比較

結論：

檢驗結果證實經具有加熱消毒乾燥功能之乾燥車處理過後，可以將棉被、床墊及枕頭上之大腸桿菌，有效的降低，降低率達 95.19%。


馬偕醫學院

測試品管人員：

廖恩慈

廖恩慈

臨床醫學博士



馬偕醫學院